



Лист технічних даних
Abdos Labtech Pvt. Ltd.

Штатив для мікроцентрифужної пробірки, PC
Дійсно для кат. № P20201, P20202, P20203, P20204

1. Опис/Специфікація

1.1 Опис:

Штатив багаторазового використання для мікроцентрифужної пробірки, PC

1.2 Технічне виконання:

Сумісний штатив для мікроцентрифужної пробірки 1,5 мл і 2,0 мл

1.3 Експлуатаційні характеристики:

P20201 (1.5 і 2.0 мл), P20202 (1.5 і 2.0 мл), P20203 (1.5 і 2.0 мл), P20204 (1.5 і 2.0 мл)

1.4 Матеріал:

1.4.1 Відповідає вимогам Директиви ЄС № 10/2011 та вимогам Регламенту FDA 21 CFR 177.1580 (c) 3.3 b Полімери.

1.4.1 Матеріали виготовляються відповідно до вимог Регламенту GMP (EC) № 2023/2006.

1.4.2 Матеріал не містить ніяких небезпечних хімічних речовин і відповідає вимогам REACH AVHC & RoHS Free.

1.4.4 Не містить важких металів відповідно до Директиви ELV 2000/53 / ЄС, ЄС CONEG і наступними поправками. Це означає безпечне використання в контакт з харчовими продуктами, фармацевтичними препаратами та питною водою.

1.5 Колір: Білий і жовтий

1.6 Градація:

Сумісний з мікроцентрифужними пробірками 1.5 і 2.0 мл

1.7 Стерилізація: Стерилізується при 15 Psi, при температурі 121 °C протягом 20 хвилин.



1.7 Контроль якості:

Випробування різних характеристик відповідно до дійсної Специфікації

1.8 Інша інформація

Багаторазовий, може бути автоклавований до 10 циклів автоклавування.

1.9 Основні характеристики

1.10.1 Діапазон температур:

1.10.2 Здатність витримувати обробку автоклавуванням: ТАК, може бути автоклавований при 15 psi і температурі 121 °C протягом 20 хвилин

1.10.3 Хімічна резистентність: див. інформацію на веб-сайті

Керівництво з автоклавування для пластикових матеріалів

Всі пластикові витратні матеріали автоклавуються при температурі 121 °C протягом 20 хвилин, 15 psi (фунтів на квадратний дюйм) / 1 атм. Не використовуйте сухий цикл, оскільки це може призвести до деформації або ослабленню пластика. Перед видаленням продукту дозвольте температурі всередині автоклава повернутися принаймні до 50 °C.

/підпис/
Відповідальний за гарантію якості
Abdos Labtech Pvt. Ltd.

Кругла печатка: / ABDOS LABTECH PVT. LTD., ROORKEE/



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com