

Лист технічних даних

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:
ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬФАМЕД»
У ФОРМІ МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
65007 Одеса, вул. Мечникова, буд. №51, кв. 77
Тел./Факс: +380 48 705 32 68, info@alfamed.od.ua



Док.№ – Ab/TDS/PCR-100
Версія №: 02 Дата: 11/2019

Лист технічних даних

Abdos Labtech Pvt. Ltd.

Смужки з пробірками без ковпачків, 8 і 12, PP

Дійсно для кат. № P10706, P10708, P10707

1. Опис/Специфікація

1.1 Опис: Смужки з пробірками без ковпачків, 8 і 12, PP, не містять ДНКаз, РНКаз, і пірогенів

1.2 Технічне виконання:

Смужки з пробірками без ковпачків

1.3 Експлуатаційні характеристики:

Код	Об'єм (мл)	Тип	Висота (мм)	Кількість на контейнер
P10706	0.2	Смужка з 8 стандартними пробірками	20.70	125 смужок
P10708	0.1	Смужка з 8 низько профільними пробірками	16.10	125 смужок
P10707	0.2	Смужка з 12 стандартними пробірками	20.70	80 смужок

1.4 Матеріал:

1.4.1 Поліпропілен (PP), Гідрофобний, відповідає вимогам FDA 21CFR США

1.4.2 Відповідає вимогам, встановленим статтею Регламенту (ЄС) № 1907/2006 та поправками до нього.

1.4.3 Відповідає вимогам Європейської Фармакопеї, 7-е видання (2011) та її доповненням 7.5 (07/2012), монографія 3.2.2 Пластикові контейнери та кришки для застосування у фармацевтичній галузі.

1.4.4 Продукт пройшов тестування ФСША, включаючи тести класу VI, і йому був присвоєний картотечний файл FDA Drug DMF 12123.

1.4.5 Матеріал успішно пройшов біологічні випробування відповідно до ISO 10993 Зовнішні комунікаційні пристрої для непрямого контакту з кров'ю протягом тривалого періоду часу.

1.4.6 Не містить важких металів відповідно до Директиви ELV 2000/53 / ЄС, ЄС CONEG і наступними поправками. Це означає безпечне використання в контакті з харчовими продуктами,

ABDOS

Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 і 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903
GST : 05AAGCA8605A1Z7

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com

Лист технічних даних

фармацевтичними препаратами та питною водою.

1.5 Колір:

Напівпрозорий (Натуральний)

1.6 Контроль якості:

Різні характеристики протестовані відповідно до дійсної специфікації.

1.7 Інша інформація

1.7.1. Інгібітор ДНКаз, РНКаз, ДНК, Ендотоксина та ПЛР

1.7.2. Рекомендується тільки для одноразового використання

1.8 Основні характеристики

1.8.1 Діапазон температур: від -80°C до $+121^{\circ}\text{C}$

1.8.3 Здатність витримувати обробку автоклавованням: ТАК, може бути автоклавований, при 15 psi і 121°C протягом 20 хвилин

1.8.3 Хімічна резистентність: див. інформацію на веб-сайті

1.8.4 Пробірки мають ультратонкі стінки для зменшення збиткового ефекту на смужки

1.8.5 Смуги доступні як в стандартному виконанні, так і з низько профільними лунками

Керівництво з автоклавовання для пластикових матеріалів

Всі пластикові витратні матеріали автоклавуються при температурі 121°C протягом 20 хвилин, 15 psi (фунтів на квадратний дюйм) / 1 атм. Не використовуйте сухий цикл, оскільки це може призвести до деформації або ослабленню пластика. Перед видаленням продукту дозвольте температурі всередині автоклава повернутися принаймні до 50°C .

/підпис/

Відповідальний за гарантію якості
Abdos Labtech Pvy. Ltd.

Кругла печатка: / ABDOS LABTECH PVY. LTD., ROORKEE/



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 і 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903
GST : 05AAGCA8605A1Z7

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com